Empi

BANDE ÉLASTIQUE POUR GENOU SPÉCIALISÉE

La bande élastique active pour genou d'EMPI Active fait partie d'un système conçu pour administrer une stimulation électrique à la région du genou et procurer un soulagement symptomatique et une prise en charge de la douleur au genou de nature générale. La bande spécialisée est constituée d'un tissu léger et perméable à l'air qui s'enroule autour du genou et est maintenue en place avec du Velcro™.

Aux États-Unis, la législation fédérale limite la vente de ce dispositif par un médecin, ou sur ordonnance médicale ou de tout autre praticien qui détient un permis de vente du produit. Doit être utilisé avec un neurostimulateur dont la distribution est approuvée aux États-Unis.

INDICATIONS :

Le système est indiqué pour le soulagement symptomatique et la prise en charge de la douleur chronique et réfractaire, comme traitement d'appoint pour la douleur aiguë suivant une opération chirurgicale ou un traumatisme, ou pour le soulagement de douleurs associées à l'arthrose.

ENTRETIEN :

Vérifiez, avant chaque utilisation, que la bande spécialisée ne démontre pas de signe d'usure ou si elle n'est pas abîmée. Remplacez les électrodes StimGel s'il y a lieu. Consultez la section Utilisation de l'électrode qui contient des suggestions concernant l'entretien du StimGel. Consultez la section Lavage de la bande ou de l'étiquette sur la bande qui contient des instructions sur le lavage.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS :

Veuillez vous rapporter au Manuel de l'utilisateur du dispositif d'électrothérapie qui contient une description des dangers pertinents, des contre-indications, des avertissements, des précautions et des effets indésirables. L'utilisation d'électrodes StimGel qui sont trop petites pour votre appareil peut entraîner des brûlures par la chaleur. La bande ne doit jamais être utilisée sans les électrodes StimGel. Cette bande spécialisée n'est pas destinée à servir de soutien pour la jambe inférieure. La bande pour la genouillere est réservée à un usage sur un seul patient. Ne partagez pas la bande avec d'autres personnes en raison des risques de réactions cutanées indésirables et de transmission de maladies.

ATTENTION :

Ne pas appliquer sur une peau endommagée. En cas de rougeur ou de brûlure au niveau de la peau, arrêtez immédiatement l'utilisation de la bande et contactez votre médecin.

GARANTIE DE 90 JOURS :

Empi réparera ou remplacera, dans ses locaux, tout produit défectueux. Cette garantie ne s'applique pas aux produits endommagés par une mauvaise utilisation, réparés ou altérés par toute entreprise autre qu'Empi, Clear Lake, Dakota du Sud.

Cette garantie se substitue à toute autre garantie, expresse ou tacite. Personne n'est autorisé à lier Empi à une garantie autre que celle spécifiquement formulée ici.

REMARQUE : La période de garantie commence à la date d'achat au fabricant.

Empi

Empi, Inc.
205 Highway 22 East
Clear Lake, SD 57226
www.empi.com
800.328.2536
Fabriqué au Mexique pour Empi.

360418 Rev A ©2013 Empi, 06/13 Tous droits réservés.
Attention : La législation fédérale limite la vente de ce dispositif sur ordonnance médicale ou par un médecin seulement.

Sans latex

DJO GLOBAL

Bande élastique pour genou spécialisée

Empi

Numéro de pièce 235677

MODE D'EMPLOI

Veuillez lire le manuel d'utilisation de votre bande avant de l'utiliser.

Pour renouveler votre commande, appelez Empi au **800.328.2536**

Électrodes StimGel d'Empi - 199599-001 (paquet de quatre)

MODE D'EMPLOI :

1. Posez la bande avec les quatre zones à pression argentées faisant face vers le haut.
2. Enlevez le revêtement intérieur du côté de la GRILLE des électrodes StimGel.
3. Appuyez le côté GRILLE de l'électrode StimGel sur les zones à poussoir argentées de la bande.

> **AVERTISSEMENT :** *Les électrodes StimGel doivent couvrir chaque zone de conduction avant l'utilisation.*

4. Enlevez le revêtement et **GARDEZ-LE** pour le remettre de nouveau sur les électrodes StimGel entre les utilisations.
5. Asseyez-vous sur le bord d'une chaise ferme et stable. Les genoux légèrement pliés (45°) et les pieds à plat sur le sol.
6. Avec les sangles ouvertes au niveau de l'onglet long en plastique, appliquez la zone conductrice de la bande au genou directement sur la peau en s'assurant que l'ouverture se trouve sur la rotule (patella). Les électrodes StimGel étant alignées de part et d'autre de l'articulation du genou, appliquez doucement une pression sur la partie supérieure de la bande pour placer les électrodes supérieures contre la peau. Les rabats de la zone conductrice inférieure peuvent être ajustés pour aider à les positionner légèrement sur les côtés. Après le placement, appliquez une légère pression sur les zones conductrices inférieures pour assurer l'adhésion. Pour repositionner les zones conductrices, enlevez complètement la bande avec précaution. Il faut faire attention lors du réajustement, lorsque les électrodes StimGel sont posées sur la peau, parce qu'elles ont tendance à s'enrouler sur elles-mêmes.
7. Fixez la bande en passant l'onglet long en plastique à travers le haut de l'anneau en D et ensuite en tirant vers l'arrière sur la sangle pour coller le Velcro™ dans une position confortable. Sans déplacer la position sur les rabats conducteurs inférieurs, fixez la sangle inférieure de la même façon.
8. Fixez l'unité Empi Active TENS (stimulateur) en la cliquant dans la poignée saillante. Allumez le stimulateur; ajuster selon les instructions du stimulateur et (ou) du médecin pour commencer le traitement.
9. Lorsque la session de stimulation est terminée, éteignez le stimulateur.

ÉTAPE 2.

ÉTAPE 3.

ÉTAPE 4.

ÉTAPE 6.

ÉTAPE 7.

ÉTAPE 8.

STOCKAGE :

10. Enlevez doucement la bande. Les électrodes StimGel se décolleront de la peau et resteront fixées à la bande. **Les électrodes StimGel restent sur la bande lors du stockage.**
11. Replacez le revêtement sur l'électrode. Assurez-vous de placer le côté « ON » contre la surface de l'électrode StimGel.
12. Pliez la bande et stockez-la dans l'emballage jusqu'au prochain traitement. Le fait de remettre les revêtements, de plier et de stocker la bande dans un sac refermable prolongera la durée de vie des électrodes StimGel.

AUTRES AJUSTEMENTS :

A. Lorsque vous vous mettez debout avec le dispositif, quelques ajustements peuvent être nécessaires. Si les sangles se déplacent de façon importante vers le bas des mollets ou sur la cuisse, les tampons Anti-migration peuvent être utiles pour réduire le mouvement et procurer plus de confort. Avant de fixer la sangle à travers l'anneau en D, placez l'arrière du tampon (avec le Velcro) sur l'intérieur de la bande. Ajustez la position du tampon en conséquence. Ensuite, fixez la sangle comme décrit précédemment avant de vous assurer que le côté doux et texturé du tampon soit en contact avec la peau. Ajustez, s'il y a lieu.

B. Les sangles peuvent être enlevées et alternées sur la bande. Pour avoir une taille plus grande, la sangle de la cuisse peut être déplacée au niveau de la sangle du mollet et une sangle supplémentaire plus longue (XXXL), fournie avec le kit, peut être placée plus haut.

C. Les sangles peuvent être coupées pour un ajustement personnalisé, s'il y a lieu. Enlevez complètement la sangle de l'anneau en D et enlevez la pièce en Velcro à double face AVANT la coupe. Coupez le côté tissu de la sangle selon les besoins. Réappliquez la pièce de Velcro à double face à l'extrémité. Fixez fermement la même extrémité à l'anneau en D qui correspond au même côté de l'autre sangle de la bande. Attachez la bande pour voir si d'autres ajustements sont nécessaires.

D. Le couvercle fourni dans l'emballage peut aider à protéger l'unité TENS et éviter qu'une touche quelconque soit accidentellement enfoncée. Des vêtements flottants peuvent aider à un déplacement confortable lorsque le dispositif est en place.

A1.

A2.

C1.

C2.

C3.

D.

UTILISATION DE L'ÉLECTRODE :



Vous pouvez prolonger la durée de vie de vos électrodes et des électrodes StimGel en suivant les suggestions suivantes :

- Nettoyez, rincez et séchez votre peau avant l'utilisation
- Stockez les électrodes selon les instructions données sur l'emballage
- Si l'électrode sèche, le fait d'ajouter quelques gouttes d'eau sur la surface du gel (côté collant) peut aider à restaurer le gel adhésif de l'électrode. Laissez reposer l'électrode plusieurs minutes, le temps qu'elle retrouve sa pégosité, avant de l'appliquer à la peau.

LAVAGE DE LA BANDE :

Lavage à la main, 40 °C (104 °F)

Lavage délicat, utiliser un détergent doux

Ne pas utiliser de conditionneur, de javel et ne pas sécher par culbutage

Il ne faut pas essorer, repasser et nettoyer à sec

Sécher la bande à plat

Pour renouveler votre commande, appelez Empi au **800.328.2536**

Électrodes StimGel d'Empi - 199599-001 (paquet de quatre)